

製 品 規 格 表

BLインジェクター

(BLバルーン)



1. BLバルーンゴムの品質

試験項目	試験方法	単位	規格値
引張強さ	JIS K 6251	MPa	18以上
伸び	JIS K 6251	%	400以上
硬さ	JIS K 6253	Hs	55±5
老化試験	引張り強さ変化率	%	±25以内
	伸び変化率	%	±25以内
	硬さ変化	Hs	+10以下